

**Polyclonal Rabbit
Anti-Human IgG****Code A0423****ENGLISH****Intended use**

For in vitro diagnostic use.

Polyclonal Rabbit Anti-Human IgG, Code A0423, is intended for use in immunohistochemistry (IHC). This antibody labels IgG-expressing cells in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue. Differential classification of tumors is aided by the results from a panel of antibodies. The clinical interpretation of any staining or its absence should be complemented by morphological studies using proper controls and should be evaluated within the context of the patient's clinical history and other diagnostic tests by a qualified pathologist. This antibody is intended to be used after the primary diagnosis of tumor has been made by conventional histopathology using nonimmunologic histochemical stains.

Summary and explanation

The human immunoglobulins basically consist of two identical heavy chains (Mr about 50 000) and two identical light chains (Mr about 20 000). The four chains are covalently linked together by disulphide bonds. The light chains are either kappa or lambda. The five immunoglobulins, IgA, IgD, IgE, IgG and IgM, differ regarding the heavy chains, and IgA and IgM also occur in polymeric forms. The heavy chain of IgG is named the gamma-chain. In normal serum, IgG is the major immunoglobulin class constituting about 75% of the total immunoglobulin (1).

The normal B-cell population is polyclonal and expresses a range of different immunoglobulin molecules. In contrast, a majority of B-cell neoplasias are characterized by the proliferation of monoclonal cells expressing only one type of light chain, whereas more than one heavy chain can be expressed by the same cell. The restricted expression of immunoglobulins by monoclonal B-cell lineage proliferations makes antibodies specific for immunoglobulin light- and heavy chains useful for the classification of these neoplasias (2).

Antibodies to IgA have been shown to aid in the classification of B-cell neoplasias (3-5).

Refer to *Dako General Instructions for Immunohistochemical Staining* or the detection system instructions of IHC procedures for: Principle of Procedure; Materials Required, Not Supplied; Storage; Specimen Preparation; Staining Procedure; Quality Control; Troubleshooting; Interpretation of Staining; General Limitations.

Reagent providedPurified immunoglobulin fraction of rabbit antiserum provided in liquid form. In 0.1 mol/L NaCl, 15 mmol/L NaN₃.**Protein concentration:** See label on vial. **Antibody titre (SRI):** 2 500 mg/L (7).

Dako Human Serum Protein Calibrator, Code X0908, was used as reference for the titer determination.

The protein concentration between lots may vary without influencing the optimal dilution. The titer of each individual lot is compared and adjusted to a reference lot to ensure a consistent immunohistochemical staining performance from lot-to-lot.

Immunogen

IgG isolated from a pool of normal human sera.

Specificity

The antibody reacts with the gamma-chains of human IgG. Traces of contaminating antibodies have been removed by solid-phase absorption.

The specificity of the antibody has been ascertained as follows:

Crossed immunoelectrophoresis: Only the IgG immunoprecipitation arch appears when using 12.5 µL antibody per cm² gel area against 2 µL human plasma. Staining: Coomassie Brilliant Blue.

ELISA: No significant reaction is seen in indirect ELISA using human IgA and IgM as coating antigens. In double antibody sandwich ELISA no significant reaction is observed with human plasma stripped of IgG.

Precautions

1. For in vitro diagnostic use.
2. For professional users.
3. This product contains sodium azide (NaN₃), a chemical highly toxic in pure form. At product concentrations, though not classified as hazardous, sodium azide may react with lead and copper plumbing to form highly explosive build-ups of metal azides. Upon disposal, flush with large volumes of water to prevent metal azide build-up in plumbing.
4. As with any product derived from biological sources, proper handling procedures should be used.
5. Wear appropriate Personal Protective Equipment to avoid contact with eyes and skin.
6. Unused solution should be disposed of according to local, State and Federal regulations

Storage

Store at 2-8 °C. Do not use after expiration date stamped on vial. If reagents are stored under any conditions other than those specified, the user must verify the conditions. There are no obvious signs to indicate instability of this product. Therefore, relevant controls should be run simultaneously with patient specimens. If unexpected results are observed which cannot be explained by variations in laboratory procedures and a problem with the antibody is suspected, contact Dako Technical Support.

Specimen preparation

Paraffin sections: The antibody can be used for labeling paraffin-embedded tissue sections fixed in formalin. Pre-treatment of deparaffinized tissues with proteinase K or heat-induced epitope retrieval is required. For heat-induced epitope retrieval, optimal results are obtained with Dako Target Retrieval Solution, Code S1700, or 10 mmol/L Tris buffer, 1 mmol/L EDTA, pH 9.0, whereas 10 mmol/L citrate buffer, pH 6.0 was found inefficient. The tissue sections should not dry out during the treatment or during the following immunohistochemical staining procedure.

Frozen sections and cell preparations: The antibody can be used for labeling acetone fixed, frozen sections (8). The user must validate the staining procedure.

Staining procedure

These are guidelines only. Optimal conditions may vary depending on specimen type and preparation method, and should be validated individually by each laboratory. The performance of this antibody should be established by the user when utilized with other manual staining systems or automated platforms.

Dilution: Polyclonal Rabbit Anti-Human IgG, Code A0423, may be used at a dilution range of 1:250-1:500 when applied on formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tonsil and using 20 minutes heat-induced epitope retrieval in Dako Target Retrieval Solution, Code S1700, and 30 minutes incubation at room temperature with the primary antibody. The recommended negative control is Dako Rabbit Immunoglobulin Fraction (Solid-Phase Absorbed), Code X0936, diluted to the same protein concentration as the primary antibody. Unless the stability in the actual test system has been established, it is recommended to dilute the product immediately before use or dilute in Dako Antibody Diluent, Code S0809.

Quality control: Positive and negative control tissues as well as negative control reagent should be run simultaneously using the same protocol as the patient specimens.

Visualization: Dako EnVision+/HRP kits, e.g. Code K4009, are recommended. Follow the procedure enclosed with the selected visualization kit.

Cells labeled by the antibody display staining of the cytoplasm and/or cell membrane.

Performance characteristics

Normal tissues: In frozen sections of reactive lymph nodes, the antibody labeled many plasma cells, follicle centre cells, and intercellular material in the follicles (8).

Abnormal tissues: In two studies investigating 33 (5) and 29 (3) paraffin-embedded tissues from cases of plasma cell neoplasia of various types, the labeling with the antibody showed a good correlation with the monoclonal immunoglobulin found in serum or urine. A classification of monoclonal B-cell neoplasia was obtained when the antibody was used in combination with a panel of other antibodies (3, 6).

FRANÇAIS

Utilisation prévue

Pour utilisation diagnostique in vitro.

L'anticorps Polyclonal Rabbit Anti-Human IgG, réf. A0423, est destiné à une utilisation en immunohistochimie (IHC). Cet anticorps marque les cellules exprimant l'immunoglobuline de type G (IgG) dans des coupes de tissus incluses en paraffine et fixées au formol. La classification différentielle des tumeurs est facilitée par les résultats provenant d'un panel d'anticorps. L'interprétation clinique de toute coloration ou son absence doit être complétée par des études morphologiques en utilisant des contrôles appropriés et doit être évaluée en fonction des antécédents cliniques du patient et d'autres tests diagnostiques par un pathologiste qualifié. Cet anticorps est destiné à être utilisé après un diagnostic primaire de tumeur par histopathologie traditionnelle utilisant des colorations histochimiques non immunologiques.

Résumé et explication

La structure de base des immunoglobulines humaines comprend deux chaînes lourdes identiques (poids moléculaire d'environ 50 000) et deux chaînes légères identiques (poids moléculaire d'environ 20 000). Ces quatre chaînes sont liées entre elles par des liaisons covalentes grâce à des ponts disulfures. Il existe deux types de chaînes légères : kappa ou lambda. Les cinq classes d'immunoglobulines, IgA, IgD, IgE, IgG et IgM, se diffèrent par leurs chaînes lourdes. Les IgA et IgM sont aussi présentes sous forme polymérique. La chaîne lourde d'IgG est appelée chaîne gamma. Dans le sérum normal, les IgG constituent la principale classe d'immunoglobulines, soit environ 75% des immunoglobulines totales (1).

La population de lymphocytes B normaux est polyclonale et exprime un grand nombre de molécules d'immunoglobulines différentes. En revanche, une majorité de néoplasies à lymphocytes B est caractérisée par la prolifération de cellules monoclonales exprimant un seul type de chaîne légère, alors que plusieurs chaînes lourdes peuvent être exprimées par la même cellule. L'expression restreinte des immunoglobulines par les proliférations de lignées cellulaires B monoclonales rend les anticorps spécifiques aux chaînes légères et lourdes d'immunoglobulines utiles pour la classification de ces néoplasies (2).

Il a été démontré que les anticorps dirigés contre les IgA facilitent la classification des néoplasies à cellules B (3-5).

Consulter le document *General Instructions for Immunohistochemical Staining* (Instructions générales de coloration immunohistochimique) de Dako ou les instructions du système de détection pour les procédures IHC : Principe de la procédure, Matériel requis mais non fourni, Conservation, Préparation des échantillons, Procédure de coloration, Contrôle de qualité, Dépannage, Interprétation de la coloration, Limites générales.

Réactif fourni

Fraction d'immunoglobuline purifiée à partir d'un antisérum de lapin et fournie sous forme liquide. Dans 0,1 mol/L de NaCl, 15 mmol/L de NaN₃.

Concentration en protéines : Voir l'étiquette sur le flacon. Titre d'anticorps (SRI) : 2_500 mg/L (7).

Le calibrateur Dako Human Serum Protein Calibrator, réf. X0908, a été utilisé comme référence pour la détermination du titre.

La concentration en protéines peut varier d'un lot à l'autre sans que cela influence la dilution optimale. Le titre de chaque lot est comparé et ajusté par rapport à un lot de référence pour assurer des performances de coloration immunohistochimiques cohérentes d'un lot à l'autre.

Immunogène

IgG isolée à partir d'un pool d'échantillons de sérum humain normal

Spécificité

L'anticorps réagit aux chaînes gamma des IgG humaines. Les traces d'anticorps contaminants ont été supprimées par absorption à l'état solide.

La spécificité de l'anticorps a été établie comme suit :

Immunoélectrophorèse croisée : Seul l'arc d'immunoprecipitation des IgG apparaît lorsque l'on utilise 12,5 µL d'anticorps par cm² de gel contre 2 µL de plasma humain.
Coloration : Coomassie Brilliant Blue.

ELISA : Aucune réaction significative n'est observée dans les tests ELISA indirects utilisant des IgA et des IgM humaines comme antigènes de surface. Lors d'un test ELISA sandwich, aucune réaction significative n'a été observée avec le plasma humain lavé des IgG.

Précautions d'emploi

1. Pour utilisation diagnostique in vitro.
2. Pour utilisateurs professionnels.
3. Ce produit contient de l'azide de sodium (NaN₃), un produit chimique hautement毒ique à l'état pur. Aux concentrations du produit, bien que non classé comme dangereux, l'azide de sodium peut réagir avec le cuivre et le plomb des canalisations et former des accumulations d'azides métalliques hautement explosives. Lors de l'élimination, rincer abondamment à l'eau pour éviter toute accumulation d'azide métallique dans les canalisations.
4. Comme avec tout produit d'origine biologique, des procédures de manipulation appropriées doivent être respectées.
5. Porter un équipement de protection individuelle approprié pour éviter tout contact avec les yeux et la peau.
6. Les solutions non utilisées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et européennes.

Conservation

Conserver à 2-8 °C. Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur le flacon. Si les réactifs sont conservés dans des conditions autres que celles indiquées, celles-ci doivent être validées par l'utilisateur. Il n'existe pas de signe particulier pour indiquer l'instabilité de ce produit. Par conséquent, des contrôles pertinents doivent être testés en même temps que les échantillons de patient. Si des résultats inattendus sont observés, qui ne peuvent être expliqués par des différences dans les procédures du laboratoire et qu'un problème lié à l'anticorps est suspecté, contacter l'assistance technique de Dako.

Préparation des échantillons

Coupes en paraffine : L'anticorps peut être utilisé pour le marquage des coupes de tissus incluses en paraffine et fixées au formol. Le prétraitement des tissus déparafinés par la protéinase K ou avec une restauration d'épitope induite par la chaleur (HIER) est nécessaire. Pour la restauration d'épitope induite par la chaleur, des résultats optimaux sont obtenus avec la solution Dako Target Retrieval Solution, réf. S1700 ou avec un tampon Tris à 10 mmol/L, EDTA à 1 mmol/L, à pH 9,0, alors qu'un tampon citrate à 10 mmol/L, à pH 6,0 s'est révélé inefficace. Les coupes de tissus ne doivent pas sécher lors du traitement ni lors de la procédure de coloration immunohistochimique suivante.

Coupes congelées et préparations cellulaires : L'anticorps peut être utilisé pour le marquage des coupes congelées fixées à l'acétone (8). L'utilisateur doit valider la procédure de coloration.

Procédure de coloration

Il ne s'agit là que de conseils. Les conditions optimales peuvent varier en fonction du type de prélèvement et de la méthode de préparation, et doivent être validées individuellement par chaque laboratoire. Les performances de cet anticorps doivent être établies par l'utilisateur lorsqu'il est utilisé avec d'autres systèmes de coloration manuelle ou plates-formes automatisées.

Dilution : L'anticorps Polyclonal Rabbit Anti-Human IgG, réf. A0423, peut être utilisé à une gamme de dilution de 1:250 à 1:500 lorsqu'il est appliqué sur des coupes d'amygdale humaine fixées au formol et incluses en paraffine, en utilisant une restauration d'épitope induite par la chaleur de 20 minutes dans la solution Dako Target Retrieval solution, réf. S1700, et une incubation de 30 minutes avec l'anticorps primaire à température ambiante. Le contrôle négatif recommandé est le produit Dako Rabbit Immunoglobulin Fraction (Solid-Phase Absorbed), réf. X0936, dilué à la même concentration en protéines que l'anticorps primaire. À moins que la stabilité du système de test en cours ait été établie, il est recommandé de diluer le produit immédiatement avant utilisation ou de le diluer dans le produit Dako Antibody Diluent, réf. S0809.

Contrôle de qualité : Les tissus de contrôle positifs et négatifs, ainsi que le réactif de contrôle négatif, doivent être testés en parallèle selon le même protocole que pour les échantillons de patients.

Visualisation : Il est recommandé d'utiliser les kits Dako EnVision+/HRP, réf. K4009. Suivre la procédure incluse dans le kit de visualisation sélectionnée.

Les cellules marquées par l'anticorps présentent une coloration du cytoplasme et/ou de la membrane cellulaire.

Performances

Tissus sains : Dans des coupes congelées de ganglions lymphatiques réactifs, l'anticorps marque de nombreuses cellules plasmatiques, des cellules centrofolliculaires et du matériel intercellulaire dans les follicules (8).

Tissus anormaux : Dans deux études portant sur 33 (5) et 29 (3) tissus inclus en paraffine provenant de cas de néoplasie cellulaire plasmatische de divers types, le marquage par l'anticorps a présenté une forte corrélation avec l'immunoglobuline monoclonale retrouvée dans le sérum ou les urines. Une classification de la néoplasie à lymphocytes B monoclonale a pu être obtenue lorsque l'anticorps a été utilisé en association avec un panel d'autres anticorps (3, 6).

DEUTSCH

Verwendungszweck

Zur In-vitro-Diagnostik.

Polyclonal Rabbit Anti-Human IgG, Code-Nr. A0423, ist zur Verwendung in der Immunhistochemie (IHC) bestimmt. Dieser Antikörper markiert IgG-exprimierende Zellen in formalinfixiertem, paraffineingebettetem Gewebe. Die Differenzialklassifikation von Tumoren wird durch die Ergebnisse eines Antikörper-Panels unterstützt. Die klinische Auswertung einer eintretenden oder ausbleibenden Färbung sollte durch morphologische Studien mit geeigneten Kontrollen ergänzt werden und von einem qualifizierten Pathologen unter Berücksichtigung der Krankengeschichte und anderer diagnostischer Tests des Patienten vorgenommen werden. Dieser Antikörper kommt nach der Primärdiagnose des Tumors durch konventionelle Histopathologie unter Verwendung von nicht immunologischen histochemischen Färbungen zum Einsatz.

Zusammenfassung und Erklärung

Die menschlichen Immunglobuline bestehen im Prinzip aus zwei identischen H-Ketten (Mr ca. 50 000) und zwei identischen L-Ketten (Mr ca. 20 000). Die vier Ketten sind über Disulfidbindungen kovalent miteinander verbunden. Bei den L-Ketten handelt es sich entweder um Ketten des Kappa- oder des Lambda-Typs. Die fünf Immunglobuline IgA, IgD, IgE, IgG und IgM unterscheiden sich hinsichtlich der H-Ketten, und IgA und IgM treten auch in polymeren Formen auf. Die H-Kette von IgG wird als Gamma-Kette bezeichnet. In gesundem Serum ist IgG die vorherrschende Immunglobulinklasse mit rund 75% Anteil am Immunglobulin insgesamt (1).

Die gesunde B-Zellenpopulation ist polyclonal und exprimiert eine Reihe unterschiedlicher Immunglobulinmoleküle. Dagegen zeichnet sich ein Großteil der B-Zellen-Neoplasmen durch eine Proliferation monoklonaler Zellen aus, die nur einen L-Kettentyp, jedoch mehr als einen H-Kettentyp exprimieren können. Aufgrund der eingeschränkten Expression von Immunglobulinen infolge der Proliferation monoklonaler Zellen der B-Reihe sind Antikörper, die spezifisch für L- und H-Ketten des Immunglobulins sind, nützlich bei der Klassifikation dieser Neoplasien (2).

Antikörper gegen IgA unterstützen die Klassifikation von B-Zell-Neoplasien (3-5).

Folgende Angaben bitte den *General Instructions for Immunohistochemical Staining* (Allgemeine Richtlinien zur immunhistochemischen Färbung) von *Dako* bzw. den Anweisungen des Detektionssystems für IHC-Verfahren entnehmen: Verfahrensprinzipien; Erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien; Lagerung; Gewebevorbereitung; Färbeverfahren; Qualitätskontrolle; Fehlerbehandlung; Auswertung der Färbung; Allgemeine Beschränkungen.

Geliefertes Reagenz

Gereinigte Kaninchenantisera-Immunglobulinfraktion in flüssiger Form. In 0.1 mol/L NaCl, 15 mmol/L NaN₃.

Protein-Konzentration: Siehe Behälteretikett. **Antikörper-Titer (SRI):** 2 500 mg/L (7).

Der Dako Human Serum Protein Calibrator, Code-Nr. X0908, wurde als Referenz für die Titerbestimmung verwendet.

Die Proteinkonzentration kann zwischen Chargen abweichen, ohne die optimale Verdünnung zu beeinflussen. Der Titer jeder Charge wird mit dem einer Referenzcharge verglichen und dieser angeglichen, um konstante immunhistochemische Färbeergebnisse zwischen den Chargen zu gewährleisten.

Immunoxygen

Aus gepooltem gesundem Humanserum isoliertes IgG.

Spezifität

Der Antikörper reagiert mit den Gamma-Ketten des humanen IgG. Spuren von Verunreinigungen durch Antikörper wurden durch Festphasen-Absorption entfernt.

Die Spezifität dieses Antikörpers wurde wie folgt ermittelt:

Gekreuzte Immunelektrophorese: Bei Verwendung von 12.5 µL Antikörper pro cm² Gelfläche gegen 2 µL Humanplasma erscheint nur der IgG-Immunpräzipitationsbogen. Färbung: Coomassie Brilliantblau.

ELISA: Im indirekten ELISA wurde bei Nutzung von menschlichem IgA und IgM als Coating-Antigene keine signifikante Reaktion festgestellt. Beim Doppelantikörper-Sandwich-ELISA wurde bei Humanplasma, das frei von IgG war, keine signifikante Reaktion beobachtet.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Zur In-vitro-Diagnostik.
2. Für Fachpersonal.
3. Dieses Produkt enthält Natriumazid (NaN₃), eine in reiner Form äußerst giftige Chemikalie. Bei den in diesem Produkt verwendeten Konzentrationen kann Natriumazid, obwohl nicht als gefährlich klassifiziert, mit in Wasserleitungen vorhandenem Blei oder Kupfer reagieren und zur Bildung von hochexplosiven Metallazid-Anreicherungen führen. Nach der Entsorgung muss mit reichlich Wasser nachgespült werden, um Metallazid-Anreicherung zu vermeiden.
4. Wie alle Produkte biologischen Ursprungs müssen auch diese entsprechend gehandhabt werden.
5. Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen, um Augen- und Hautkontakt zu vermeiden.
6. Nicht verwendete Lösung ist entsprechend örtlichen, staatlichen und EU-rechtlichen Richtlinien zu entsorgen.

Lagerung

Bei 2-8 °C lagern. Nach Ablauf des auf dem Behälter aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Werden die Reagenzien unter anderen als den angegebenen Bedingungen aufbewahrt, müssen diese Bedingungen vom Benutzer überprüft werden. Es gibt keine offensichtlichen Anhaltspunkte für die mögliche Instabilität dieses Produkts. Geeignetes Kontrollgewebe sollte daher gleichzeitig mit Patientenproben verarbeitet werden. Wenn unerwartete Ergebnisse beobachtet werden, welche durch Änderungen in den Labormethoden nicht erklärt werden können, und falls Verdacht auf ein Problem mit dem Antikörper besteht, ist Kontakt mit dem technischen Kundendienst von Dako aufzunehmen.

Gewebevorbereitung

Paraffinschnitte: Der Antikörper kann für die Markierung von formalinfixierten, paraffineingebetteten Gewebeschnitten verwendet werden. Die Vorbehandlung entparaffinierter Gewebe durch Proteinase K oder hitzeinduzierte Epitopdemaskierung ist erforderlich. Bei der hitzeinduzierten Epitopdemaskierung werden optimale Resultate mit Dako Target Retrieval Solution, Code-Nr. S1700 oder 10 mmol/L Tris-Puffer, 1 mmol/L EDTA, pH 9.0, erzielt. Die hitzeinduzierte Epitopdemaskierung mit 10 mmol/L Citratpuffer, pH 6.0, erwies sich als ineffizient. Während der Gewebevorbereitung oder während des anschließenden immunhistochemischen Färbeverfahrens dürfen die Gewebeschnitte nicht austrocknen.

Gefrierschnitte und Zellpräparate: Der Antikörper eignet sich zur Markierung von azetonfixierten Gefrierschnitten (8). Das Färbeverfahren muss vom Anwender validiert werden.

Färbeverfahren

Diese Angaben sind nur Richtlinien. Optimale Bedingungen können je nach Gewebetyp und Vorbereitungsverfahren unterschiedlich sein und sollten vom jeweiligen Labor selbst ermittelt werden. Die Leistung dieses Antikörpers sollte vom Benutzer bei einem Einsatz mit anderen manuellen Färbesystemen oder automatisierten Systemen ermittelt werden.

Verdünnung: Polyclonal Rabbit Anti-Human IgG, Code-Nr. A0423, kann auf formalinfixierten, paraffineingebetteten Schnitten von menschlichem Mandelgewebe bei einer hitzeinduzierten Epitopdemaskierung von 20 Minuten in Dako Target Retrieval Solution, Code-Nr. S1700, und einer 30-minütigen Inkubation mit dem primären Antikörper bei Raumtemperatur in einem Verdünnungsbereich zwischen 1:250 und 1:500 verwendet werden. Als Negativkontrolle wird Dako Rabbit Immunoglobulin Fraction (Solid-Phase Absorbed), Code-Nr. X0936, empfohlen, das auf dieselbe Proteinkonzentration wie der Primärantikörper zu verdünnen ist. Falls die Stabilität im verwendeten Testsystem noch nicht ermittelt worden ist, wird empfohlen, das Produkt unmittelbar vor Verwendung bzw. mit Dako Antibody Diluent, Code-Nr. S0809, zu verdünnen.

Qualitätskontrolle: Positiv- und Negativkontrollgewebe sowie Negativkontrollreagenz sollten zur gleichen Zeit und mit demselben Protokoll wie die Patientengewebe getestet werden.

Detektionssystem: Dako EnVision+/HRP Kits (z. B. Code-Nr. K4009) werden empfohlen. Das für das ausgewählte Detektionssystem beschriebene Verfahren befolgen.

Mit diesem Antikörper markierte Zellen weisen eine zytoplasmatische Färbung und/oder eine Färbung der Zellmembran auf.

Leistungseigenschaften

Normal gewebe: In Gefrierschnitten von reaktiven Lymphknoten markierte der Antikörper viele Plasmazellen, Follikelzentrumzellen und interzelluläres Material in den Follikeln (8).

Annormales Gewebe: In zwei Studien wurden 33 (5) und 29 (3) paraffineingebettete Gewebeschnitte untersucht, die aus unterschiedlichen Plasmazellneoplasie-Typen gewonnen worden waren. Die Markierung mit dem Antikörper zeigte eine ausgeprägte Korrelation mit dem monoklonalen Immunglobulin, das im Serum oder Urin nachgewiesen worden war. Eine Klassifikation monoklonaler B-Zell-Neoplasie wurde erhalten, wenn der Antikörper zusammen mit einem Panel weiterer Antikörper eingesetzt wurde (3, 6).

References/ Bibliographie/ Literaturnachweise

1. Klein J, Hořejši V. Immunology. 2nd ed. Abingdon (UK): Blackwell Science Ltd; 1999. p. 226-7, 238-46.
 2. Leong ASY, Cooper K, Leong FJWA. Manual of diagnostic antibodies for immunohistology. London: Oxford University Press; 1999. p. 217-9.
 3. Taylor CR, Russell R, Chandor S. An immunohistologic study of multiple myeloma and related conditions, using an immunoperoxidase method. Am J Clin Pathol 1978;70:612-22.54.
 4. Taylor CR, Burns J. The demonstration of plasma cells and other immunoglobulin-containing cells in formalin-fixed, paraffin-embedded tissues using peroxidase-labelled antibody. J Clin Pathol 1974;27:14-20.
 5. Taylor CR, Mason DY. The immunohistological detection of intracellular immunoglobulin in formalin-paraffin sections from multiple myeloma and related conditions using the immunoperoxidase technique. Clin exp Immunol 1974;18:417-29.
 6. Beschorner R, Horny H-P, Petrusch UR, Kaiserling E. Frequent expression of haemopoietic and non-haemopoietic antigens by reactive plasma cells: an immunohistochemical study using formalin-fixed, paraffin-embedded tissue. Histol Histopathol 1999;14:805-12.
 7. Becker W. Determination of antisera titres using the single radial immunodiffusion method. Immunochem 1969;6:539-46.
 8. Harris NL, Poppema S, Data RE. Demonstration of immunoglobulin in malignant lymphomas. Use of an immunoperoxidase technic on frozen sections. Am J Clin Pathol 1982;78:14-21.
-

Explanation of symbols/ Légende des symboles/ Erläuterung der Symbole

REF	Catalogue number Référence catalogue Katalognummer	 2 °C – 8 °C	Temperature limitation Limites de température Zulässiger Temperaturbereich		Manufacturer Fabricant Hersteller
IVD	In vitro diagnostic medical device Dispositif médical de diagnostic in vitro In-vitro-Diagnostikum	LOT	Batch code Code du Lot Chargenbezeichnung		
	Consult instructions for use Consulter les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten		Use by Utiliser jusque Verwendbar bis		

Revision/ Révision/ Revision 2018.03